

Plasminogen

REF PP005B, Pn 1 x 2 mL

ENGLISH / FRANÇAIS

STORE AT
2-8°C

LOT **FB0271**

EXP 2026-01-17

CONSERVER A
2-8°C

ANALYSIS CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ANALYSE

	SPECIFICATIONS
1. <u>Protein Content / Teneur protéique</u> (Lowry method / Méthode Lowry)	
1490 µg/vial /flacon	≥ 1.25 mg/vial /flacon
2. <u>Activity / Activité</u>	
5 U/mg	> 3 U/mg
3. <u>Residual Plasmin Activity (Chromogenic Assay) / Activité Plasmine Résiduelle (test Chromogénique)</u>	
Absence	Absence

CONCLUSIONS

DATE: 2022-02-28

Passed/Conforme

Refused/Non-conforme

Quality Control Manager
Responsable contrôle qualité

S. LECOURT