



Manufactured By: HYPHEN BioMed

# Purified bovine Factor Xa Facteur Xa bovin purifié

Vial of 30 µg or set of 10x30 µg  
flacon de 30 µg ou coffret de 10x30 µg

Ref. ABE101D/ABE101L

**STORE AT**  
**2-8 °C**

For research use only



Uniquement à usage de recherche

**CONSERVER A**  
**2-8 °C**

**Origin:**

Highly purified factor X from citrated bovine plasma, activated with agarose bound RVV.

**Presentation:**

Vial containing approximately 30 µg of highly purified bovine factor Xa in presence of additives and preservatives.

(1 Unit FXa is the amount which can be generated from 1 ml citrated bovine plasma, ie about 10 µg).

**Reconstitution:**

Each vial must be restored with 10 ml distilled water, in order to get a concentration of about 3 µg/ml. It can be diluted to the desired concentration, when required, in the adequate buffer.

**Excipients:**

Content per vial: Tris (60mg) , Sodium chlorure (50mg), PEG 6000 (10mg), Bovine Serum Albumin (20mg).

**Purity:**

The factor X zymogen used for preparing factor Xa has one major band of about 55,000 daltons on SDS-PAGE.

**Activity:**

a) Tested for its amidolytic activity on a FXa specific substrate, in a purified system without or with RVV. All FX is converted to FXa.

b) Chromogenic activity on specific substrates (expressed in nkats):

When tested in the optimized conditions (0.05M Tris buffer at pH8.40, containing 0.30M NaCl), the following specific activities are observed on the various FXa substrates (expressed in **nkats/µg**):

CS-11(22)	CS-11(32)	CS-11(65)
2.3 ± 0.4	3.7 ± 0.6	6.7 ± 1.0

The exact activity in nkats/µg with CS-11(22) is reported on the analysis certificate for each lot.

**Viral safety:**

The plasma used for factor Xa preparation and for BSA was tested with registered methods and found negative for bovine infectious diseases, notably for the bovine spongiform encephalopathy. However, no assay may warrant the total absence of infectious agents. Any product of bovine origin must then be handled with all the required cautions, as being potentially infectious.

**Use:**

For in vitro use only. All research studies and protocols where a source of highly purified bovine Factor Xa is necessary. Studies on heparin and Low Molecular weight heparin.

**Stability:**

- 7 days at room temperature (18-25 °C)
- >3 months at 2-8 °C
- 6 months at -20 °C or below.

**Lyophilized :** Until the expiration date printed on the vial.

**Origine :**

Facteur X hautement purifié extrait de plasma bovin citraté, activé avec du RVV couplé à un gel d'agarose.

**Présentation :**

Chaque flacon contient environ 30 µg de facteur Xa bovin hautement purifié en présence d'additifs et de conservateurs.

(1 unité de FXa est la quantité générée dans 1 ml de plasma bovin citraté, soit environ 10 µg).

**Reconstitution:**

Chaque flacon doit être reconstitué par 10 ml d'eau distillée, pour obtenir une concentration de FXa d'environ 3 µg/ml. Il doit être dilué à la concentration requise lors de l'utilisation, dans un tampon adéquat.

**Excipients :**

Contenu par flacon : Tris (60mg), chlorure de sodium (50mg), PEG 6000 (10mg), albumine bovine (20mg).

**Pureté :**

Le facteur X zymogen utilisé pour la préparation du facteur Xa, a une bande principale d'environ 55 000 daltons sur SDS-PAGE.

**Activité :**

a) Testé pour son activité amidolytique sur substrat spécifique du FXa, dans un système purifié avec ou sans RVV. Tout le FX est converti en FXa.

b) Activité chromogène sur substrats spécifiques (exprimée en nkats) :

Testées dans des conditions optimisées (tampon Tris 0,05M à pH 8,40, contenant 0,30M de NaCl), les activités spécifiques suivantes sont observées sur les différents substrats FXa (exprimées en **nkats/µg**) :

CS-11(22)	CS-11(32)	CS-11(65)
2,3 ± 0,4	3,7 ± 0,6	6,7 ± 1,0

L'activité exacte en nkats/µg avec le CS-11(22) est reportée pour chaque lot sur le certificat d'analyses.

**Sécurité virale :**

Le plasma utilisé pour la préparation du facteur Xa et la BSA a été testé par des méthodes enregistrées et est certifié exempt de toute trace de maladie infectieuse bovine, et notamment de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Toutefois, aucune méthode ne permettant d'exclure totalement le risque d'agent pathogène, ces produits doivent être manipulés avec toutes les précautions requises pour l'utilisation de produits potentiellement infectés.

**Utilisation :**

Utilisation *in vitro* exclusivement. Toutes les études ou protocoles dans lesquels l'utilisation d'une source de facteur Xa bovin hautement purifié est nécessaire. Etudes sur les héparines et les héparines de bas poids moléculaire.

**Stabilité:**

- 7 jours à température ambiante (18-25 °C)
- >3 mois à 2-8 °C
- 6 mois à -20 °C ou moins.

**Lyophilisé :** Jusqu'à la date de péremption indiquée sur le flacon.

Rev 100226  
D.750.09/BE/101D-101L



8560 Gove Court • Mason, OH 45040

Phone: 513.770.1991

Toll Free: 866.783.3797

Fax: 513.573.9241

Email: info@aniara.com

www.aniara.com

# Purified bovine Factor Xa

## Facteur Xa bovin purifié

Vial of 30 µg or set of 10x30 µg  
flacon de 30 µg ou coffret de 10x30 µg

Ref. ABE101D/ABE101L

STORE AT  
2-8°C

CONSERVER A  
2-8°C



Lot :

Expiration :

### ANALYSIS CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYTICAL DATA/RESULTATS D'ANALYSE		SPECIFICATIONS
<b>1. Protein Content / Teneur protéique</b> (Lowry method / Méthode Lowry)	..... µg/vial (µg/flacon)	> 25 µg /vial
<b>2. SDS-PAGE (4-12 % acrylamide)</b>	1 major band of about: 1 bande principale d'environ : ..... daltons	FX zymogen: 1 major band of about 55,000 daltons
<b>3. Chromogenic activity on FXa substrate/ Activité Chromogénique sur substrat FXa (10 µg/ml)</b>	- A405 With RVV / DO405 avec RVV : ..... - A405 without RVV/ DO405 sans RVV : .....	Δ A405 < 10%
<b>4. Enzymatic activity (on substrate CS-11 (22)) / Activité enzymatique (sur substrat CS-11 (22)):</b>	..... nkats	≥ 60nkats
<b>5. Specific activity / Activité spécifique:</b>	..... nkats/µg (chromogenic on CS-11(22))	≥ 1.75 nkats/µg
<b>6. Batch homogeneity / Homogénéité de lot:</b>	N = ... CV : ..... %	N ≥ 5 CV ≤ 3%

#### CONCLUSIONS

DATE :

Passed/Conforme

Refused/Non-conforme

Quality Control Manager  
Responsable contrôle qualité

**NAME**