

## ANALYSIS CERTIFICATE

**BIOPHEN LMWH CONTROL LOW CI - #224301**

**Lot : F1601029**

**QC release : 2016-11-21**

**Expiration date : 2019-04-06**

<b>Components</b>	<b>Volume</b>	<b>Exp. (months)</b>	<b>Lot #</b>	<b>Exp. date</b>
CI : Control I	12 vials	30	F161101029	2019-04-06



# ANALYSIS CERTIFICATE

**BIOPHEN LMWH CONTROL LOW CI - #224301**

**Lot : F1601029**

**QC release : 2016-11-21**

**Expiration date : 2019-04-06**

Analytical data	Specifications
<b>1. <u>Within lot reproducibility</u></b> N = 60                      CI (OD): <b>0,577</b> CV: <b>0,6 %</b>	CV (OD) ≤ 2%

<b>2. <u>Concentration and acceptance range</u></b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Controls</th> <th style="width: 15%;">N series</th> <th style="width: 20%;">[C] IU/mL</th> <th style="width: 10%;">SD</th> <th style="width: 35%;">Acceptance range (IU/mL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CI</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">0,26</td> <td style="text-align: center;">0,020</td> <td style="text-align: center;">0,18-0,34</td> </tr> </tbody> </table>	Controls	N series	[C] IU/mL	SD	Acceptance range (IU/mL)	CI	10	0,26	0,020	0,18-0,34	CI: 0.15 to 0.35 IU/mL
Controls	N series	[C] IU/mL	SD	Acceptance range (IU/mL)							
CI	10	0,26	0,020	0,18-0,34							

<b>3. <u>Aspect</u></b> <input checked="" type="checkbox"/> Slightly opalescent to clear  <input checked="" type="checkbox"/> No coagulum  <input checked="" type="checkbox"/> Stable solution	Slightly opalescent to clear  No coagulum  Stable solution
---	--

<b>4. <u>Stability of reconstituted reagents</u></b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Temp.</th> <th colspan="2">CI</th> </tr> <tr> <th>IU/mL</th> <th>Δ[C]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Fresh</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">0,28</td> <td style="text-align: center;">NA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">48h</td> <td style="text-align: center;">RT</td> <td style="text-align: center;">0,27</td> <td style="text-align: center;">0,01</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7 days</td> <td style="text-align: center;">2-8°C</td> <td style="text-align: center;">0,27</td> <td style="text-align: center;">0,01</td> </tr> </tbody> </table>		Temp.	CI		IU/mL	Δ[C]	Fresh	/	0,28	NA	48h	RT	0,27	0,01	7 days	2-8°C	0,27	0,01	<u>48h at RT (18-25°C) and</u> <u>7 days at 2-8°C</u>  Δ [C] ≤ 0.05 IU/ml
			Temp.	CI															
	IU/mL	Δ[C]																	
Fresh	/	0,28	NA																
48h	RT	0,27	0,01																
7 days	2-8°C	0,27	0,01																

<b>Comments :</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PASSED IN COMPLIANCE</b>
-------------------	---

**Date : 2016-11-21**

**QC Manager :**

**S.LECOURT**





## BIOPHEN LMWH CONTROL LOW CI

Human plasmas at two levels of Low Molecular Weight Heparin (LMWH) for the quality control of Heparin measurements with anti-Xa methods/  
*Plasmas humains à deux niveaux d'Héparine de Bas Poids Moléculaire (HBPM) pour le contrôle de qualité des dosages d'héparine par méthode anti-Xa*

**REF** 224301

For in vitro diagnostic use only / *Pour diagnostic in vitro exclusivement*

**LOT** F1601029  2019-04-06

Low Molecular Weight Heparin Concentration [C] in the control /  
*Concentration [C] en Héparine de Bas Poids Moléculaire dans le contrôle*

Control / <i>Contrôle CI</i>	LOT : F161101029
Target value / <i>Valeur cible</i> :	0.26 IU/mL / <i>UI/mL</i>
Acceptance range / <i>Intervalle d'acceptation</i> :	[ 0.18 – 0.34 ] IU/mL / <i>UI/mL</i>

Standardization / *Standardisation* : Control is calibrated against internal standard qualified against international standard from NIBSC 11/176

Approved Date / *Date d'Approbation* : 2016-11-21

Quality Control Manager / *Responsable Contrôle Qualité* : S.LECOURT