

# Protein Z Deficient Plasma Plasma Déficient en Protéine Z

Set of 6x1 mL/Coffret de 6x1 ml

Ref. DP120K

STORE AT  
2-8°C



Lot: F1601223

Expiration: 2019-05-18

CONSERVER A  
2-8°C

## ANALYSIS CERTIFICATE

ANALYTICAL DATA	SPECIFICATIONS
PZ: <1 %	< 1%
APTT: 33.8 Sec (Reagent: HBM/Cephen LR)	37 ± 5 Sec
FV: 91 %	> 50%

## CERTIFICAT D'ANALYSE

RESULTATS D'ANALYSE	SPECIFICATIONS
PZ : <1 %	< 1%
APTT: 33.8 Sec (Réactif : HBM/Cephen LR)	37 ± 5 Sec
FV : 91 %	> 50%

DATE : 2016-12-16

CONCLUSIONS :  Passed/Conforme

Refused/Non-conforme

Quality Control Manager S.LECOURT  
Responsable contrôle qualité