

Purified human Factor Xa Facteur Xa humain purifié

Vial of 10 µg / Flacon de 10 µg
Set of 6x10 µg / Coffret de 6x10 µg

Ref. EZ007A / EZ007K

STORE AT
2-8°C

CONSERVER A
2-8°C



Lot: 150929B

Expiration: 2019-09

ANALYSIS CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYTICAL DATA/RESULTATS D'ANALYSE		SPECIFICATIONS
1. Protein Content / Teneur protéique (Lowry method / Méthode Lowry)		
	10 µg/vial (µg/flacon)	> 8 µg /vial
2. SDS-PAGE (4-12 % acrylamide)		
	1 major band of about: 1 bande principale d'environ :	FX zymogen: 1 major band of about 59,000 daltons
	59 000 daltons	
3. Chromogenic activity on FXa substrate/ Activité Chromogénique sur substrat FXa (10 µg/ml)		
	- A405 With RVV / D0405 avec RVV : 1.663 - A405 without RVV/ D0405 sans RVV : 1.518	Δ A405 < 10%
4. Enzymatic activity (on substrate CS-11 (32)) / Activité enzymatique (sur substrat CS-11 (32)):		
	26.3 nkats	≥ 20nkats
5. Specific activity / Activité spécifique:		
	2.63 nkats/µg (chromogenic on CS-11(32))	≥ 1.75 nkats/µg
6. Batch homogeneity / Homogénéité de lot:		
	N = 10 CV : 1.8 %	N≥3 CV ≤ 3%

CONCLUSIONS

DATE : 22/10/2015

Passed/Conforme

Refused/Non-conforme

Quality Control Manager
Responsable contrôle qualité

NAME S.LECOURT