

ANALYSIS CERTIFICATE

BIOPHEN LMWH CONTROL C3 - #223801

Lot : F1700691 / F1700692

QC release : 26/07/2017

Expiration date : 2019-12-16

Components	Volume	Exp. (months)	Lot #	Exp. date
C3 : Control 3	12 vials	30	F171400691 / F171100692	2019-12-16

305



BIOPHEN LMWH CONTROL C3

Human plasma at one level of Low Molecular Weight Heparin (LMWH) for the quality control of Heparin measurements with anti-Xa methods/
Plasma humain à un niveau d'Héparine de Bas Poids Moléculaire (HBPM) pour le contrôle de qualité des dosages d'héparine par méthode anti-Xa

REF 223801

For in vitro diagnostic use only / *Pour diagnostic in vitro exclusivement*

LOT

F1700691



2019-12-16

Low Molecular Weight Heparin Concentration [C] in the control /
Concentration [C] en Héparine de Bas Poids Moléculaire dans le contrôle

Control / <i>Contrôle</i> C3	LOT : F171400691
Target value / <i>Valeur cible</i> :	0,78 IU/mL / UI/mL
Acceptance range / <i>Intervalle d'acceptation</i> :	[0,66-0,90] IU/mL / UI/mL

Standardization / *Standardisation* : Control is qualified against internal standard related to IS NIBSC Standard 11/176

Approved Date / *Date d'Approbation* : 26/07/2017

Quality Control Manager / *Responsable Contrôle Qualité* : S. LECOURT