

BIOPHEN CS-05(88)

tPA and broad spectrum Chromogenic substrate

Vial of 25 mg/flacon de 25 mg

STORE AT
2-8°C

Lot: F1600710

Ref. 229091

Expiration : 2020-06-16

CONSERVER A
2-8°C

ANALYSIS CERTIFICATE

ANALYTICAL DATA	SPECIFICATIONS
1. <u>BIOPHEN CS-05(88) content</u> 27.5 mg	≥ 22 mg
2. <u>HPLC analysis</u> Purity grade: 99 %	≥ 95 %
3. <u>Solubility in water</u> 25 mg/mL	≥ 5 mg/mL
4. <u>Free pNA content (OD_{405nm})</u> 0.237	≤ 0.30
5. <u>Experimental Molecular weight</u> 505	505 ± 5

CERTIFICAT D'ANALYSE

RESULTATS D'ANALYSE	SPECIFICATIONS
1. <u>Taux de BIOPHEN CS-05(88)</u> 27.5 mg	≥ 22 mg
2. <u>Analyse HPLC</u> Degré de Pureté: 99 %	≥ 95 %
3. <u>Solubilité dans l'eau</u> 25 mg/mL	≥ 5 mg/mL
4. <u>Présence de pNA libre (OD_{405nm})</u> 0.237	≤ 0.30
5. <u>Poids moléculaire déterminé</u> 505	505 ± 5

DATE : 01/09/2016

CONCLUSIONS : Passed/Conforme

Refused/Non-conforme

Quality Control Manager
Responsable contrôle qualité

S.LECOURT