

# BIOPHEN CS-01(38)

## Thrombin Chromogenic substrate

Vial of 25 mg/flacon de 25 mg

Set of 12x25 mg (229001C) / Coffret de 12x25 mg (229001C)

Set of 50x25 mg (229001Z) / Coffret de 50x25 mg (229001Z)

ENGLISH / FRANÇAIS

Ref. 229001 / 229001C / 229001Z

STORE AT  
2-8 °C

CONSERVER A  
2-8 °C

Lot : F1700690

Expiration :2021-05-30

### ANALYSIS CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYTICAL DATA / RESULTATS D'ANALYSE	SPECIFICATIONS
<b>1. BIOPHEN CS-01(38) content / Taux de BIOPHEN CS-01(38)</b>	
28 mg	≥ 22 mg
<b>2. HPLC analysis/ Analyse HPLC</b>	
Purity grade/ Degré de Pureté: 98%	≥ 95 %
<b>3. Solubility in water/ Solubilité dans l'eau</b>	
25 mg/mL	≥ 5 mg/mL
<b>4. Free pNA content (OD<sub>405nm</sub>) / Présence de pNA libre (OD<sub>405nm</sub>)</b>	
0.248	≤ 0.30
<b>5. Experimental Molecular weight / Poids moléculaire déterminé</b>	
(-2HCl) : 552	553 ± 5 (-2HCl)
(+2HCl) : 625	625 ± 5 (+2HCl)

### CONCLUSIONS

DATE : 2017-07-06  Passed/Conforme

Refused/Non-conforme

Quality Control Manager  
Responsable contrôle qualité

**S. LECOURT**