

Prekallikrein Deficient Plasma *Plasma déficient en Prékallikréine*

Vial of 1 mL / *flacon de 1 mL (DP310A)*
Set of 6 x 1 mL / *Coffret de 6 x 1 mL (DP310K)*

REF DP310A/DP310K

ENGLISH / FRANÇAIS

STORE AT
2-8°C

LOT **F1903208**

EXP **2022-05-21**

CONSERVER A
2-8°C

CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYTICAL DATA RESULTATS D'ANALYSE		SPECIFICATIONS
1.	Prekallikrein / Prékallikréine	
	FV : 78%	> 50%
	aPTT Ratio / <i>Ratio TCA</i> : 4.8 (Reagent/Réactif : CEPHEN)	> 1.5

CONCLUSIONS

DATE : 2019-12-19 Passed/*Conforme*

Refused/*Non-conforme*

Quality Control Manager
Responsable contrôle qualité

S.LECOURT

