

# Prekallikrein Deficient Plasma *Plasma déficient en Prékallikréine*

Vial of 1 mL/flacon de 1 mL (DP310A)  
Set of 6 x 1mL / Coffret de 6 x 1 mL (DP310K)  
REF DP310A/DP310K

ENGLISH / FRANÇAIS

STORE AT  
2-8°C

LOT **F2001081**

EXP **2023-02-06**

CONSERVER A  
2-8°C

## CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYTICAL DATA RESULTATS D'ANALYSE		SPECIFICATIONS
1.	<b>Prekallikrein / Prékallikréine</b>	
	FV : <b>84%</b>	> 50%
	aPTT Ratio / Ratio TCA: <b>4.5</b> (Reagent/Réactif : CEPHEN)	> 1.5

## CONCLUSIONS

DATE :

Passed/Conforme

Refused/Non-conforme

Quality Control Manager  
Responsable contrôle qualité

**S.LECOURT**