

Purified bovine Factor Xa

REF BE101B Ez Vial of 0.5 mg/Flacon de 0.5 mg

REF BE101C Ez Vial of 15 µg/flacon de 15 µg

REF BE101D Ez Vial of 30 µg /Flacon de 30 µg

REF BE101L Ez Set of 10x30 µg/Coffret de 10x30 µg

REF BE101O Ez Vial of 50 µg /Flacon de 50 µg

REF BE101K Ez Set of 6x50 µg/Coffret de 6x50 µg

STORE AT
2-8°C

CONSERVER A
2-8°C

REF BE101B

REF BE101C

REF BE101D/L

REF BE101O/K

LOT **F1900618**

EXP **2023-05-02**

ANALYSIS CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYTICAL DATA/RESULTATS D'ANALYSE			SPECIFICATIONS
1.	<u>Enzymatic activity on Factor Xa Chromogenic Substrate CS-11(65) / Activité enzymatique sur substrat chromogène CS-11(65) du FXa</u>		
		Nkats	U (*)
	Factor Xa Potency	318	106.0
			≥ 75 U(*) ≥ 250 Nkats (**)
2.	<u>Batch homogeneity / Homogénéité de lot :</u>		
	N = 5	CV : 2.7 %	CV ≤ 3%

(*)Standardization : Purified bovine Factor Xa is standardized against WHO Reference Reagent 15/102 from NIBSC

(**) For information

CONCLUSIONS

DATE : Passed/Conforme Refused/Non-conforme

Note: CoA v2 update through CC n° 62

Quality Control Manager
Responsable contrôle qualité

NAME **S. LECOURT**