

BIOPHEN CS-05(88)

tPA and broad spectrum Chromogenic substrate

Vial of 25 mg/flacon de 25 mg

STORE AT
2-8 °C

Lot: **F2000012**

Ref. 229091

Expiration : **2023-12-18**

CONSERVER A
2-8 °C

ANALYSIS CERTIFICATE

ANALYTICAL DATA	SPECIFICATIONS
1. BIOPHEN CS-05(88) content 27.5 mg	≥ 22 mg
2. HPLC analysis Purity grade: 99 %	≥ 95 %
3. Solubility in water 27.5 mg/mL	≥ 5 mg/mL
4. Free pNA content (OD _{405nm}) 0.269	≤ 0.30
5. Experimental Molecular weight 504	505 ± 5

CERTIFICAT D'ANALYSE

RESULTATS D'ANALYSE	SPECIFICATIONS
1. Taux de BIOPHEN CS-05(88) 27.5 mg	≥ 22 mg
2. Analyse HPLC Degré de Pureté: 99 %	≥ 95 %
3. Solubilité dans l'eau 27.5 mg/mL	≥ 5 mg/mL
4. Présence de pNA libre (OD _{405nm}) 0.269	≤ 0.30
5. Poids moléculaire déterminé 504	505 ± 5

DATE: 2020-01-21

CONCLUSIONS: Passed/Conforme

Refused/Non-conforme

Quality Control Manager: S. LECOURT
Responsable contrôle qualité