

BIOPHEN CS-01(38)
Thrombin Chromogenic substrate
Vial of 100 mg/flacon de 100 mg

ENGLISH / FRANÇAIS

STORE AT
2-8 °C

Lot: **F2000198**

Expiration : **2024-01-23**

CONSERVER A
2-8 °C

Ref. 229101

ANALYSIS CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYTICAL DATA / RESULTATS D'ANALYSE	SPECIFICATIONS
1. BIOPHEN CS-01(38) content / Taux de BIOPHEN CS-01(38) 110 mg	≥ 90 mg
2. HPLC analysis / Analyse HPLC Purity grade: 99.1 %	≥ 95 %
3. Solubility in water / Solubilité dans l'eau 50 mg/mL	≥ 5 mg/mL
4. Free pNA content (OD _{405nm}) / Presence de pNA libre (OD _{405nm}) 0.25	≤ 0.30
5. Experimental Molecular weight / Poids moléculaire déterminé 552	553 ± 5

DATE :2020-03-11

CONCLUSIONS : Passed/Conforme

Refused/Non-conforme

Quality Control Manager S.LECOURT
Responsable contrôle qualité