

Protein C Deficient Plasma Plasma Déficiant en Protéine C

Vial of 1 mL/flacon de 1 mL (DP100A)
Set of 6 x 1 mL / Coffret de 6 x 1 mL (DP100K)

REF DP100A/DP100K

STORE AT
2-8°C

LOT

FA171319

EXP

2024-03-04

CONSERVER A
2-8°C

CERTIFICATE OF ANALYSIS / CERTIFICAT D'ANALYSE

| ANALYTICAL DATA / RESULTATS D'ANALYSE | SPECIFICATIONS |
|--|----------------|
| PC: <1 % | < 1% |
| APTT Ratio/ Ratio TCA: 1.09 (Reagent / Réactif: CEPHEN) | < 1.5 |
| FV: 66 % | > 50 % |

DATE : 2021-09-27

CONCLUSIONS : Passed/Conforme Refused/Non-conforme

Quality Control Manager S.LECOURT
Responsable Contrôle Qualité