

# Prekallikrein Pool

## Pool de Prékallikréine

Vial of 2 mL/flacon de 2 mL (PP501B)  
Set of 6x2mL/Coffret de 6x2mL (PP501K)

REF PP501B / PP501K

ENGLISH / FRANÇAIS

STORE AT  
2-8°C

LOT **FA2165**

EXP

2025-11-05

CONSERVER A  
2-8°C

### ANALYSIS CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYTICAL DATA / RESULTATS D'ANALYSE	SPECIFICATIONS
<b>1. Specificity / Spécificité :</b> (Chromogenic assay / Test chromogène)  $\Delta$ A405 / 10 min: <b>0.005</b>	< 0.010
<b>2. Activity / Activité :</b>  Chromogenic assay following activation with PK activator at 32 IU/mL Dosage chromogénique après activation avec l'activateur de la PK à 32 IU/mL :  $\Delta$ A405 / 10 min: <b>0.43</b>	0.40 to 0.60
<b>3. Dose response curve with PK activation / Courbe dose-réponse avec activation de la PK :</b>  $R^2 =$ <b>0.99</b>	$R^2 >$ 0.98

#### CONCLUSIONS

DATE : 2021-12-02

Passed/Conforme

Refused/Non-conforme

Quality Control Manager  
Responsable contrôle qualité

**NAME S.LECOURT**