

# Recombinant Hirudin Hirudine recombinante

Vial of  $\approx 16,000$  ATU /flacon de  $\approx 16\ 000$  ATU (RE120A)

Ref: RE120A

STORE AT  
2-8°C

CONSERVER A  
2-8°C

Lot : **FA2304**

Expiration : **2025-11-22**

## ANALYSIS CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYTICAL DATA/RESULTATS D'ANALYSE	SPECIFICATIONS
<b>1. Activity / Activité</b>	
18496 ATU /vial/flacon	$\geq 14,000$ ATU /vial/flacon
<b>2. Purity / Pureté (Gel filtration/Size-Exclusion chromatography / Filtration sur gel/chromatographie d'Exclusion Stérique)</b>	
95 %	$\geq 90\%$
<b>3. Specific Activity (raw materials) / Activité Spécifique (Matières Premières)</b>	
$> 10268$ ATU /mg	Indicative/Indicatif

## CONCLUSIONS

DATE : 2021-12-21

Passed/Conforme

Refused/Non-conforme

Quality Control Manager :

Responsable contrôle qualité : S.LECOURT