

BIOPHEN CS-01(38)
Thrombin Chromogenic substrate
Vial of 100 mg/flacon de 100 mg

ENGLISH / FRANÇAIS

STORE AT
2-8°C

Lot : **FB0020**

Ref. 229101

Expiration : **2025-12-14**

CONSERVER A
2-8°C

ANALYSIS CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYTICAL DATA / RESULTATS D'ANALYSE	SPECIFICATIONS
1. BIOPHEN CS-01(38) content / Taux de BIOPHEN CS-01(38) 110 mg	≥ 90 mg
2. HPLC analysis / Analyse HPLC Purity grade: 99 %	≥ 95 %
3. Solubility in water / Solubilité dans l'eau 100 mg/mL	≥ 5 mg/mL
4. Free pNA content (OD _{406nm}) / Presence de pNA libre (OD _{406nm}) 0.261	≤ 0.30
5. Experimental Molecular weight / Poids moléculaire déterminé 553	553 ± 5

DATE : 2022-01-14

CONCLUSIONS :

Passed/Conforme

Refused/Non-conforme

Quality Control Manager S.LECOURT
Responsable contrôle qualité