HYPHEN BioMed
A Company of Sysmex Group

HYPHEN BioMed
155 rue d'Eragny
95000 Neuville-sur-Oise
France

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product Description : BIOPHEN APIXABAN CALIBRATOR LOW

Product Code : 226101

Lot No. : FF24301G / FF2471

Expiration date : 2029-04-02

Components	Quantity	Lot	Expiration Date
CAL I	4 vials	FF2430DT1G / FF2471	2029-04-02
CAL II	4 vials	FF2430DU1G / FF2471	2029-04-02
CAL III	4 vials	FF2430DV1G / FF2471	2029-04-02

Analytical Data	Specification	Result
Concentration	CAL I : < 20 ng/ml CAL II : 40 -60 ng/ml CAL III : 80 -120 ng/ml	0 ng/ml 52 ng/ml 108ng/ml
Linearity and accuracy of calibration with values assigned	$R^2 \geq 0.98$ Measured values for controls in acceptance ranges	PASS PASS

This is to certify that above product has been produced and passed the inspection according to specifications of HYPHEN BioMed.

Date of Approval :

Quality Control Manager :

Quality Control Approval
28 OCT. 2026
S. LECOURT