

Phosphate NaCl (PBS) buffer

REF AR006K

Bf 3 vials x 50 mL / 3 flacons x 50 mL

Phosphate NaCl (PBS) buffer
FOR RESEARCH USE ONLY.
NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES

Tampon Phosphate Isotonique
UNIQUEMENT A USAGE DE RECHERCHE.
NE PAS UTILISER A DES FINS DE DIAGNOSTIC.

LOT

English, revision: 09-2022

EXP

Français, révision : 09-2022

INTENDED USE:

Phosphate Buffer Saline (PBS), pH 7.50 +/- 0.10, usual physiological diluent.
Ready to use.

This kit is for research use only and should not be used for patient diagnosis or treatment.

REAGENTS:

Bf Phosphate Buffer Saline (PBS), pH 7.50 +/- 0.10, liquid form. Contains sodium phosphate, sodium chloride at approximately 0.15M, preservatives and stabilizers.

The product is classified as non-hazardous and is not subject to labeling according to EC Regulation No. 1272/2008 [CLP].

WARNING AND PRECAUTIONS:

- Waste should be disposed of in accordance with applicable local regulations.
- Use only the reagents from the same batch of kits.
- This device of *in vitro* use is intended for professional use in the laboratory.

REAGENT PREPARATION:

Bf Reagent is ready to use, allow to stabilize for 30 minutes at room temperature (18-25°C), homogenize before use.

STORAGE AND STABILITY:

Unopened reagents should be stored at 2-8°C in their original packaging. Under these conditions, they can be used until the expiry date printed on the kit.

Bf Reagent stability after opening, free from any contamination or evaporation, and stored closed, is of:

- 4 weeks at 2-8°C.

LIMITATIONS:

- Any reagent presenting no limpid appearance or showing signs of contamination must be rejected.

The results obtained should be for research purposes only and not used for patient diagnosis or treatment.

Changes compared to the previous version.

UTILISATION :

Tampon Phosphate Isotonique (PBS), pH 7,50 +/- 0,10, diluant physiologique usuel. Prêt à l'emploi.

Ce coffret est à usage de recherche uniquement et ne doit pas être utilisé pour le diagnostic ou le traitement du patient.

REACTIFS :

Bf Tampon Phosphate Isotonique (PBS), pH 7,50 +/- 0,10, sous forme liquide. Contient du Phosphate de sodium, du chlorure de sodium à environ 0.15M) des conservateurs et stabilisants.

Le produit est classé non dangereux et n'est pas soumis à un étiquetage selon le règlement CE n° 1272/2008 [CLP].

MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS :

- L'élimination des déchets doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Utiliser uniquement les réactifs d'un même lot de coffret.
- Ce dispositif *in vitro* est destiné à une utilisation professionnelle en laboratoire.

PREPARATION DES REACTIFS:

Bf Réactif prêt à l'emploi, laisser stabiliser pendant 30 min à température ambiante (18-25°C), homogénéiser avant utilisation.

STOCKAGE ET STABILITE:

Les réactifs non ouverts doivent être conservés à 2-8°C dans leur emballage d'origine. Ils sont alors utilisables jusqu'à la date de péremption imprimée sur le coffret.

Bf La stabilité du réactif après ouverture, sous réserve de toute contamination ou d'évaporation, conservé fermé est de :

- 4 semaines à 2-8°C.

LIMITATIONS :

- Tout réactif ne présentant pas d'aspect limpide ou présentant des signes de contamination doit être rejeté.

Les résultats obtenus doivent être utilisés à des fins de recherche uniquement et ne sont pas utilisables pour le diagnostic ou le traitement du patient.

Changements par rapport à la précédente version.

The following symbols may appear on the product labeling / Les symboles suivants peuvent apparaître dans l'étiquetage du produit :

REF Catalogue number / Référence catalogue	LOT Batch code / Désignation du lot	UNIT Measurement unit / Unité de mesure	RUO Product for <i>in-vitro</i> research use, only / Produit à usage de recherche, <i>in-vitro</i> , uniquement	CONTENTS Contents / Contenu
Rx Numerical < x> identification of reagent / Identification numérique < x> du réactif	 See instructions for use / Lire le mode d'emploi	WHO STD WHO standard code / Code du standard OMS	Cx Numerical < x> identification of control / Identification numérique < x> du contrôle	CONTAINS Contents / Contient
 Temperature limitation / Températures limites de conservation	 Manufacturer / Fabricant	 Use by / Utilisable jusqu'à	 Reconstitution volume / Volume de reconstitution	 Contains sufficient for <n> tests / Suffisant pour <n> tests
 See instructions in Method Application guide / Consulter les instructions fournies dans le guide d'application de la méthode	 Keep away from sunlight and heat / Maintenir hors de portée de la lumière du soleil et de la chaleur	CALx Numerical < x> identification of calibrator / Identification numérique < x> du calibrateur	EXP Expiration date / Date d'expiration	ACCEPTANCE RANGE Acceptance range / Intervalle d'acceptation
MA		TARGET VALUE Target Value / Valeur cible		